




**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



POWIAT BRZESKI

OR. 3450-3/10
ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
tel. (077) 444 79 00, fax. (077) 444 79 03

Brzeg, dnia 18.03.2010r.

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „**Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pn. <Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy>**”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1:

Część 4 – Aparat do znieczulania z respiratorem 230 V, Pkt. 12

Czy Zamawiający poprawi błąd i zgodnie z pkt. 11 dopuści prezentację ciśnień w butlach na manometrach umieszczonych na reduktorach oraz ciśnień zasilania z sieci centralnej na panelu przednim aparatu?

Takie rozwiązanie jest standardem powszechnie stosowanym u wszystkich producentów aparatów do znieczuleń.

Odpowiedź nr 1: Tak

Pytanie nr 2:

Część 4 – Aparat do znieczulania z respiratorem 230 V, Pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści kalibrację przepływomierzy dostosowaną do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami – minimalny przepływ świeżych gazów 400 ml/min?

Odpowiedź nr 2: Nie

Pytanie nr 3:

Część 4 – Aparat do znieczulania z respiratorem 230 V, Pkt. 29

Czy w związku z wymogiem w pkt. 31 dotyczącym możliwości rozbudowy o tryb PSV Zamawiający dopuści aparat z fabrycznie wbudowanymi trybami wentylacji synchronizowanej SIMV oraz wspomaganej ciśnieniowo PSV?

Odpowiedź nr 3: Nie

Pytanie nr 4:

Część 4 – Aparat do znieczulania z respiratorem 230 V, Pkt. 52

Czy Zamawiający ze względu na bardzo dużą ilość wyświetlanych parametrów oraz wymóg kolorowego ekranu będzie wymagał ekranu przynajmniej o przekątnej 10”? Wg. naszej wiedzy ekran 5” jest niewystarczający i będzie stanowił poważne utrudnienie dla personelu podczas pracy z aparatem. Obecnie w aparatach do znieczulania nie są umieszczane tak małe ekrany kolorowe.

Odpowiedź nr 4: Nie

Zamawiający przypomina, iż przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, termin składania ofert, tj. dnia **14.04.2010r. do godz. 09.00** nie ulega zmianie.

WICESTAROSTA



Ryszard Jończyk

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, dnia **18.03.2010r.:**

- przekazano faksem a następnie pocztą (listem zwykłym) wykonawcy, któremu przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia;
- zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu: <http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/> zakładka/ Zamówienia publiczne /Ogłoszenia o przetargach/ Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania”;
- przekazano faksem a następnie pocztą (listem zwykłym) wykonawcy, który zadał zapytania.