



Brzeg, dnia 24.03.2010r.

### Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „**Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pn. <Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy>**”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wyjaśniam, co następuje:

**Pytanie nr 1:**

**część nr 4 – Aparat do znieczulania z respiratorem 230V, pkt 10**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat do znieczulenia wyposażony w awaryjne zasilanie całego systemu na minimum 40 min w warunkach standardowych?

**Odpowiedź nr 1:** Tak

**Pytanie nr 2:**

**część nr 4 – Aparat do znieczulania z respiratorem 230V, pkt 14**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat do znieczulenia wyposażony w podwójne precyzyjne przepływomierze mechaniczne?

**Odpowiedź nr 2:** Nie

**Pytanie nr 3:**

**część nr 4 – Aparat do znieczulania z respiratorem 230V, pkt 17**

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat do znieczulenia z kalibracją przepływomierzy dostosowaną do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami i minimalnym przepływem świeżych gazów  $\leq 500\text{ml}/\text{min}$ ?

**Odpowiedź nr 3:** Nie

**Pytanie nr 4:**

**część nr 4 – Aparat do znieczulania z respiratorem 230V, pkt 29 i 31**

Czy zostanie zaakceptowany aparat do znieczulania wyposażony w tryb objętościowy i ciśnieniowy, ale bez trybu „Wentylacja synchronizowana ze wspomaganie ciśnieniowym SIMV/PS” i „Możliwości rozbudowy o tryb PS”?

**Odpowiedź nr 4:** Nie

**Pytanie nr 5:**

**część nr 4 – Aparat do znieczulania z respiratorem 230V, pkt 33**

Czy ze względu na brak klinicznego uzasadnienia dotyczącego użytkowania odwróconego stosunku wdech/wydech powyżej 3:1, Zamawiający dopuści aparat do znieczulania, w którym stosunek wdech/wydech można odwrócić na poziomie 2:1?

**Odpowiedź nr 5:** Nie



**Pytanie nr 6:**

**część nr 4 – Aparat do znieczulania z respiratorem 230V, pkt 35**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu do znieczulania z regulacją objętości oddechowej od 45 ml?

**Odpowiedź nr 6:** Nie

**Pytanie nr 7:**

**część nr 4 – Aparat do znieczulania z respiratorem 230V, pkt 53**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu do znieczulania, w którym respirator anestetyczny umieszczony jest z boku aparatu na przegubowym, regulowanym w płaszczyźnie poziomej, uchwycie?

**Odpowiedź nr 7:** Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia

**Pytanie nr 8:**


**część nr 4 – Aparat do znieczulania z respiratorem 230V, pkt 55**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania respirator z wyświetlaczem dwukolorowym (kolor bursztynowy i czarny)?

**Odpowiedź nr 8:** Nie

Zamawiający przypomina, iż przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, termin składania ofert, tj. dnia **14.04.2010r.. do godz. 09.00** nie ulega zmianie.

**STAROSTA**  
  
**Maciej Stefański**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, dnia **24.03.2010r.:**

- przekazano faksem a następnie pocztą (listem zwykłym) wykonawcy, któremu przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia;
- zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu: <http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/> zakładka/ Zamówienia publiczne /Ogłoszenia o przetargach/ Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania ....”;
- przekazano faksem a następnie pocztą (listem zwykłym) wykonawcy, który zadał zapytania.