

Brzeg, dnia 09.04.2010r.

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

„Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pn. <Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy>”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1:

Dotyczy: Aparat USG (część V) i Aparat jezdny RTG z ramieniem C (część VI)

Zamawiający wymaga bezpłatnego serwisu gwarancyjnego przez okres minimum 24 miesięcy. Ponieważ świadczenie określone jako „bezpłatne” często interpretowane jest przez organy podatkowe jako darowizna, dlatego też celem precyzyjnego uściślenia charakteru usługi opisaną powyżej wnosimy o zastąpienie wyrażenia: bezpłatny serwis gwarancyjny zwrotem: serwis gwarancyjny przez okres 24 miesięcy w ramach ceny umowy.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający zastępuje wyrażenie „bezpłatny serwis gwarancyjny” zwrotem: „serwis gwarancyjny przez okres 24 miesięcy w ramach ceny umowy”

Pytanie nr 2:

Dotyczy: Aparat USG (część V) i Aparat jezdny RTG z ramieniem C (część VI)

Zamawiający wymaga w stosunku do aparatu USG potwierdzenia rejestru wyrobów medycznych. Aparat USG, który zgodnie z deklaracją zgodności CE należy do klasy wyrobów medycznych IIa nie podlega wpisowi do rejestru wyrobów medycznych. Czy w związku z tym Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający w wymaganiach formalnych wymaga złożenia odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów CE itp.) dopuszczających do obrotu i stosowania na terenie Polski - oraz potwierdzenia rejestru wyrobów medycznych.

W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia wg wzoru stanowiącego zał. nr 9 do SIWZ

Pytanie nr 3:

Dotyczy: Aparat USG (część V) i Aparat jezdny RTG z ramieniem C (część VI)

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu do 48 godzin w dni robocze?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wyraża zgodę na przystąpienie do naprawy uszkodzonego elementu do 48 godzin (**w dni robocze i wolne**) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin.


Pytanie nr 4:

Dotyczy: Aparat USG (część V) i Aparat jezdny RTG z ramieniem C (część VI)

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu w tabeli 3e i 3f w wymaganiach formalnych punkt 9, tak aby on brzmiał: w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 7 dni?

Odpowiedź nr 4:

Nie



Pytanie nr 5:

Część VI (zał. 3f) Aparat jezdny RTG z ramieniem C, Parametry ogólne, pkt. 4, 5.

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z ramieniem C posiadający jednoogniskową lampę RTG o ognisku 0,6 mm zarówno dla trybu radiografii i fluoroskopii, dla której wydajność chłodzenia anody wynosi 13,8 kHU/min? Jest to nowoczesna lampa RTG umożliwiająca wykonywanie prześwietleń trwających nawet 50 minut, zapewniając doskonałą jakość obrazu przy minimalnej dawce promieniowania. Jest to rozwiązanie korzystne dla Zamawiającego, ponieważ zastosowanie ogniska 0,6 mm również dla trybu radiografii znacznie poprawia jakość otrzymywanych zdjęć w porównaniu do stosowania większych ognisk, np. o wielkości 1,5 mm. Ponadto pragniemy zauważyć, że na czas pracy aparatu, np. w trybie fluoroskopii nie wpływa jedynie szybkość chłodzenia anody, ale właściwości cieplne wszystkich elementów składowych lampy RTG jak również kołpaka lampy, tj. pojemność cieplna kołpaka i szybkość odprowadzania ciepła z kołpaka oraz inne parametry urządzenia (jak choćby energia 1 zdjęcia przy maksymalnych wymaganych parametrach ekspozycji), a także sam przebieg badania. Zatem postawiony przez Zamawiającego wymóg w odpowiedzi na pytanie nr 3 z dnia 24.03.2010 r. dotyczący szybkości chłodzenia anody min. 50 kHU/min., bez uwzględnienia innych parametrów związanych z pracą całego aparatu jest w pełni nieuzasadniony i nie może wynikać z chęci, czy też konieczności zapewnienia odpowiedniej jakości nabywanego sprzętu.

Odpowiedź nr 5:

Nie

Pytanie nr 6:

Część VI (zał. 3f) Aparat jezdny RTG z ramieniem C. Wymagania formalne, pkt. 2.

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG z ramieniem C, który posiada interfejs użytkownika w języku angielskim? Oprogramowanie aparatu posiada jednorodny, intuicyjny interfejs użytkownika do obsługi oraz obróbki końcowej obrazu. Interfejs podaje wszystkie informacje kliniczne o pacjencie w trybie online, co pozwala zoptymalizować wydajność pracy na Sali operacyjnej. Ponadto w tego typu urządzeniach, przeznaczonych do zastosowań specjalistycznych, stosowanie opisów i oznaczeń angielskojęzycznych jest powszechnie stosowane i akceptowane oraz nie stwarza problemów z prawidłową obsługą aparatu.

Odpowiedź nr 6:

Nie

Zamawiający przypomina, iż przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, termin składania ofert, tj. do dnia **26.04.2010r. do godz. 09.00** nie ulega zmianie.

STAROSTA

Maciej Stefański

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, **dnia 09.04.2010r.**

- przekazano faksem a następnie pocztą (listem zwykłym) wykonawcy, któremu przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia;
- zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu: <http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/> zakładka/ Zamówienia publiczne /Ogłoszenia o przetargach/ Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania”;
- przekazano faksem a następnie pocztą (listem zwykłym) wykonawcy, który zadał zapytania.