

OR. 3450-3/10

Brzeg, dnia 09.04.2010r.

POWIAT BRZESKI

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
tel. (077) 444 79 00, fax. (077) 444 79 03

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „**Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pn. <Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy>**”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1:

Dot.: lampa operacyjna jednokopułowa, jednożarówkowa – szt. 2

Czy zamawiający dopuści lampę operacyjną jednokopułową, jednożarówkową z regulowaną średnicą pola bezcieniowego od 140 mm do 240 mm?

Odpowiedź nr 1: Nie

Pytanie nr 2:

Dot.: lampa operacyjna jednokopułowa, jednożarówkowa – szt. 2

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną jednokopułową, jednożarówkową z elektronicznym automatycznym systemem aktywacji żarówki rezerwowej, który nie wymaga potencjalnie awaryjnego systemu pozycjonowania żarówki poprzez silnik elektryczny?

Odpowiedź nr 2: Nie

Pytanie nr 3:

Dot.: lampa operacyjna dwukopułowa, jednożarówkowa – szt. 1

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną dwukopułową, jednożarówkową z regulowaną średnicą pola bezcieniowego dla kopuła głównej w zakresie od 175 mm do 320 mm i regulowaną średnicą pola bezcieniowego dla kopuły satelitarnej w zakresie od 160 mm do 310 mm?

Odpowiedź nr 3: Nie

Pytanie nr 4:

Dot.: lampa operacyjna dwukopułowa, jednożarówkowa – szt. 1

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną dwukopułową, jednożarówkową z jednym małym tzw. brudnym uchwytem na kopułach, który to uchwyt nie przeszkadza w czyszczeniu kopuły?


Odpowiedź nr 4: Nie

Pytanie nr 5:

Dot.: lampa operacyjna dwukopułowa, jednożarówkowa – szt. 1

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną dwukopułową, jednożarówkową, w której kopuła satelitarna posiada żarówkę 150 W o trwałości 1000 h?

Odpowiedź nr 5: Tak



Pytanie nr 6:

Dot.: lampa operacyjna dwukopułowa, jednożarówkowa – szt. 1

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną dwukopułową, jednożarówkową z elektronicznym automatycznym systemem aktywacji żarówki rezerwowej, który nie wymaga potencjalnie awaryjnego systemu pozycjonowania żarówki poprzez silnik elektryczny?

Odpowiedź nr 6: Nie

Pytanie nr 7:

Dot.: lampa operacyjna dwukopułowa, jednożarówkowa – szt. 1

Czy Zamawiający wyłączy lampy operacyjne jedno i dwukopułowe, jednożarówkowe do oddzielnego zadania?

Odpowiedź nr 7: Nie

Dot.: Kolumna sufitowa chirurgiczno – anesteziologiczna – szt. 1

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę dwuramienną łamaną w przegubach gdzie obydwie części ramienia jednakowej długości mierzone w osiach łożysk mają długość 1600 mm – pierwszego 800 mm oraz drugiego 800 mm?

Odpowiedź nr 1: Nie

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza osłonę podsufitową w kształcie koła?

Odpowiedź nr 2: Nie

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza łamane ramię do wyciągnika dla pomp infuzyjnych montowane na prowadnicach pionowych z możliwością zmiany położenia wzdłuż całej wysokości konsoli?

Odpowiedź nr 3: Tak

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści półki w ogólnoeuropejskim wymiarze 450mmx550mm?

Odpowiedź nr 4: Nie

Pytanie nr 5:

Czy w związku z faktem, iż Zamawiający chce obciążyć dodatkowo kolumnę 130 kilogramami (obciążenie półek) Zamawiający dopuści kolumnę o masie własnej 225 kg z możliwością dodatkowego maksymalnego obciążenia 150 kg?

Odpowiedź nr 5: Nie



Pytanie nr 6:

W chwili obecnej medycyna zdążyła w kierunku minimalizacji, a co za tym też idzie w kierunku obniżenia masy własnej sprzętu medycznego. Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający dopuści półki bez elementów z tworzywa sztucznego na rogach z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem 50 kg?

Odpowiedź nr 6: Nie

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie 2 szuflad, każda pod inną półką, gdyż to rozwiązanie jest bardziej ergonomiczne z punktu widzenia personelu medycznego?

Odpowiedź nr 7: Nie

**Dot.: Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem do operacji ortopedycznych–
szt. 1**

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści inne mobilne rozwiązania podstawy posiadające system centralnego blokowania, niż wymagane koła o średnicy 150mm?

Odpowiedź nr 1: Nie

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści stoły operacyjne z dużym przesuwem wzdłużnym blatu wynoszącym 370mm, co zapewni 100% (na całej długości blatu) przezierność ramienia C i spowoduje brak potrzeby zamiany segmentów podgłówek, pleców oraz podnóżków i innych segmentów (co prawdopodobnie ma zapewnić pełną przezierność dla ramienia C), ale należy zauważyć, że operacje zamiany segmentów odbywają się tylko wtedy gdy pacjent nie znajduje się na stole operacyjnym, czyli taka zamiana bardzo komplikuje zabieg operacyjny?

Odpowiedź nr 2: Nie

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół z automatycznym zabezpieczeniem dodatkowego panelu sterującego na kolumnie stołu przed niezamierzonym przechyłem blatu oraz niezamierzona aktywacją poprzez konieczność przyciśnięcia dwóch przycisków celem aktywacji?

Odpowiedź nr 3: Nie

Pytanie nr 4:


Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół z informacją o stanie naładowania akumulatorów podawaną na czytelnym wyświetlaczu w innym dogodnym miejscu niż wymagane na pilocie, np. w podstawie lub kolumnie stołu?

Odpowiedź nr 4: Tak

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół z regulacją wysokości w zakresie 760mm do 1260mm?

Odpowiedź nr 5: Nie



Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający podzieli część nr 2 na trzy niezależne zadania?

Odpowiedź nr 6: Nie

Zamawiający przypomina, iż przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, termin składania ofert, tj. dnia **26.04.2010r. do godz. 09.00** nie ulega zmianie.

STAROSTA

Maciej Stefański

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, dnia 09.04.2010r.:

- przekazano faksem a następnie pocztą (listem zwykłym) wykonawcy, któremu przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia;
- zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu: <http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/> zakładka/ Zamówienia publiczne /Ogłoszenia o przetargach/ Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania”;
- przekazano faksem a następnie pocztą (listem zwykłym) wykonawcy, który zadał zapytania.