

OR. 3450-3/10

Brzeg, dnia 09.04.2010r.

POWIAT BRZESKI

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
tel. (077) 444 79 00, fax. (077) 444 79 03

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. **„Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pn. <Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy>”**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wyjaśniam, co następuje:

Dot.: część nr 2 – Kolumna sufitowa chirurgiczno – anestezyjologiczna – szt. 1

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuści kolumnę dwuramienną o zasięgu 1750 +/- 50mm? Specyfikowanie wymagania z dopuszczaną różnicą tolerancji zasięgu +/- 20mm jest działaniem nieuzasadnionym i bez praktycznego znaczenia przy zastosowaniu tak długiego ramienia. Jedynym celem specyfikowanego przez Zamawiającego zapisu jest ograniczenie konkurencyjności ofert do jednego wykonawcy.

Odpowiedź nr 1: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:


Czy zamawiający dopuści kolumnę, której ramiona mają niejednakową długość? Specyfikowanie kolumny o wskazanym zasięgu i ramieniu łamanym składającym się z dwóch równych części jest zapisem mającym na celu ograniczenia konkurencyjności ofert do jednego wykonawcy.

Odpowiedź nr 2: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

Ponieważ nie istnieją specyfikowane przez Zamawiającego gniazda gazów typu Draeger, a w RFN obowiązuje w tym zakresie norma DIN 13260-2 zwracamy się do Zamawiającego o wykreślenie w pkt. 13-16 zwrotów „typu Draeger” i zastąpienie ich podaniem standardu DIN 13260-2. W przypadku, gdy Zamawiający podaje taki opis zamówienia, który preferuje produkt konkretnego producenta, wskazaniu temu winny towarzyszyć zwroty „lub równoważny” bądź w tym konkretnym przypadku należy opis ten zastąpić nazwą typu standardu DIN 13260-2. Precyzowanie określonego producenta jest niezgodne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź nr 3: Zamawiający wyjaśnia, iż użył zwrotu typu Draeger, aby zaoferowane przez Oferenta kolumny posiadały gniazda kompatybilne ze standardem Draegera. Dopuszcza się gniazda innych producentów pod warunkiem spełnienia kompatybilności ze standardem Draeger.



Dot.: część nr 2 – Lampa operacyjna jednokopułowa, jednożarówkowa – szt. 2

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną posiadającą kamerę HD o wysokiej rozdzielczości ponad 2 mln pixeli co jest parametrem lepszym niż wymagany, wyposażoną w zoom optyczny 10 – krotny? Tego typu kamera gwarantuje najwyższą osiągalną jakość obrazu, przykładem jest jej zastosowanie w endoskopii.

Odpowiedź nr 1: Tak

Dot.: część nr 2 – Stół operacyjny ogólnochirurgiczny z wyposażeniem do operacji ortopedycznych – szt. 1

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół z regulacją wysokości blatu w zakresie od 740 do 1050 mm?

Odpowiedź nr 1: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół z pozycją Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie +/- 30°?

Odpowiedź nr 2: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół z przesuwem wzdłużnym blatu w zakresie 250 mm?

Odpowiedź nr 3: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół z regulowanym podglówkiem w zakresie od -20° do +50°?

Odpowiedź nr 4: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół z regulacją oparcia pleców w zakresie od -40° do +70°?

Odpowiedź nr 5: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6:


Czy Zamawiający dopuści do zaferowania stół z maksymalną obciążalnością 200 kg?

Odpowiedź nr 6: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania przystawkę ortopedyczną bez pomiaru siły naciągu?

Odpowiedź nr 7: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Zamawiający przypomina, iż przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, termin składania ofert, tj. dnia **26.04.2010r. do godz. 09.00** nie ulega zmianie.

STAROSTA

Maciej Stefański

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, **dnia 09.04.2010r.:**

- przekazano faksem a następnie pocztą (listem zwykłym) wykonawcy, któremu przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia;
- zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu: <http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/> zakładka/ Zamówienia publiczne /Ogłoszenia o przetargach/ Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania”;
- przekazano faksem a następnie pocztą (listem zwykłym) wykonawcy, który zadał zapytania.