

Brzeg, 09.08.2010 r.

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pn. <Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy>”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1: dot.: części I.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wózek bez rozciągającej się pod całym leżem, łatwej w obsłudze platformy, dostosowanej do wszystkich standardowej wielkości kaset rentgenowskich i krtek przeciwrozproszeniowych. Zamawiający wymaga dostosowania wózka do współpracy z aparatem z ramieniem typu C, które samo w sobie nie wymaga instalacji materiałów światłoczułych w leżu łóżka.

Odpowiedź nr 1: Nie

Pytanie nr 2: dot.: części I

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wózek ze sterowaniem hydraulicznym wysokości i przechyłów wzdłużnych?

Odpowiedź nr 2: Tak

Pytanie nr 3: dot.: części I

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wózek o udźwigu 227 kg?

Odpowiedź nr 3: Tak

Pytanie nr 4: dot.: części I

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wózek bez wbudowanych baterii?

Odpowiedź nr 4: Tak

Pytanie nr 5: dot.: części I

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wózek z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 600-910 mm?

Odpowiedź nr 5: Tak

Pytanie nr 6: dot.: części I

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wózek z hydrauliczną regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie do 15°?

Odpowiedź nr 6: Tak

Pytanie nr 7: dot.: części I

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wózek z ręczną regulacją oparcia ze wspomaganiami gazowym w zakresie do 80°?

Odpowiedź nr 7: Tak

Pytanie nr 8: dot.: części I

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wózek bez funkcji ugięcia leża w kolanie, a wyposażony w funkcję przesuwu wzdłużnego leża pacjenta w zakresie 457,2 mm?

Odpowiedź nr 8: Tak



Pytanie nr 9: dot.: części I

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wózek bez mechanizmu awaryjnego opuszczania oparcia pleców do poziomu?

Odpowiedź nr 9: Nie

Pytanie nr 10: dot.: części I

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wózek bez wyprofilowanego miejsca na butlę z O₂ i rzeczy osobiste pacjenta?

Odpowiedź nr 10: Tak

Pytanie nr 11: dot.: części I

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wózek bez panelu kontrolnego?

Odpowiedź nr 11: Tak

Pytanie nr 12: dot.: części II

Czy Zamawiający dopuści alkomat dowodowy z legalizacją o wymiarach: 188x78x33 mm i wadze 300 g, spełniający wszystkie pozostałe wymagania?

Odpowiedź nr 12: Tak

Pytanie nr 13: dot.: części II

Czy Zamawiający dopuści ssak o płynnej regulacji podciśnienia w zakresie od 0 do 90 kPa, przy jednoczesnym zachowaniu wydajności przepływu na poziomie 38 l/min.?

Odpowiedź nr 13: Tak

Pytanie nr 14: dot.: części II

Czy Zamawiający dopuści do postępowania moduły stacjonarno – przenośne kardiomonytory z zasilaniem akumulatorowym zapewniającym 90 minut pracy?

Odpowiedź nr 14: Tak

Pytanie nr 15: dot.: części II

Czy Zamawiający dopuści stół narzędziowy z dwoma blatami i miskami uchylnymi wykonany ze stali węglowej lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź nr 15: Tak

Pytanie nr 16: dot.: części II

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2150 mm, z możliwością przedłużenia o 20 cm?

Odpowiedź nr 16: Tak

Pytanie nr 17: dot.: części II

Czy Zamawiający dopuści szczyty wykonane ze stalowych rur (stal węglowa) chromowanych, które wypełnione są płytą dekoracyjną dwustronnie laminowaną, odporną na wilgoć, środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV?

Odpowiedź nr 17: Tak


Pytanie nr 18:

Dot.: części formalno – prawnej

Czy Zamawiający dopuści foldery autoryzowanego dystrybutora przedstawiające podstawowe parametry oferowanego urządzenia? Potwierdzenie wszystkich wymaganych parametrów wymagałoby załączenia do oferty instrukcji obsługi, która niejednokrotnie jest bardzo obszernym dokumentem. W związku z tym proponujemy załączenie do oferty oświadczenia wykonawcy, iż oferowane urządzenia spełniają wszystkie wymagania określone w siwz.

Odpowiedź nr 18:

Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, zamawiający wymaga przedłożenia do oferty stron z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymagań.



Jednakże zamawiający dopuszcza przedłożenie do oferty folderów autoryzowanych dystrybutorów, katalogów, przedstawiające podstawowe parametry oferowanego urządzenia, wybranych stron z oryginalnej instrukcji producenta z **oświadczeniem wykonawcy**, iż oferowane urządzenia spełniają wszystkie wymagania określone w SIWZ.

Ponadto, **Zamawiający wymaga** przedłożenia wraz z ofertą oświadczenia, iż posiada instrukcje obsługi w języku polskim na urządzenia będące przedmiotem zamówienia oraz że przekaże je Zamawiającemu (w przypadku wygrania postępowania przetargowego) w dniu podpisania umowy.

Pytanie nr 19: dot.: część formalno – prawnej

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na co najmniej 72 godzinne przystąpienie do naprawy (w dni robocze) od momentu zgłoszenia naprawy?

Odpowiedź nr 19: Tak

Pytanie nr 20: dot.: części formalno – prawnej

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas 1 tygodnia na podstawienie aparatu zastępczego?

Odpowiedź nr 20: Tak

Pytanie nr 21: dot.: części formalno – prawnej

Prosimy o zmianę zapisu §5 pkt. 4 „Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji technicznej dostarczonych urządzeń.” na: „Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi dostarczonych urządzeń.”

Odpowiedź nr 22: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §5 pkt 4 projektu umowy, bowiem dokumentacja techniczna w rozumieniu Zamawiającego oznacza także instrukcje obsługi, jednakże instrukcje obsługi dostarczonych urządzeń należy dostarczyć w dniu podpisania umowy.

Zamawiający przypomina, iż przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, termin składania ofert, tj. dnia 18.08.2010 r. do godz. 09.00 nie ulega zmianie.

STAROSTA

Maciej Stefański

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, dnia 09.08.2010r.

- zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu: <http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/> zakładka/ Zamówienia publiczne /Ogłoszenia o przetargach/ „Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania <Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy.”;

- przekazano faksem a następnie pocztą (listem zwykłym) wykonawcy, który zadał zapytania.