



Brzeg, dnia 06.08.2010r.

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pn. <Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy>”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1:

Dot.: Aparat RTG z ramieniem C, pkt. 1.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu zestaw RTG z lampą RTG o jednym ognisku 0,6 mm?

Odpowiedź nr 1: Nie

Pytanie nr 2:

Dot.: Aparat RTG z ramieniem C, pkt. 3.

Czy Zamawiający poprzez radiografie cyfrową ma na myśli obraz Last Image Hold wraz z jego archiwizacją?

Odpowiedź nr 2: Tak

Pytanie nr 3:

Dot.: Aparat RTG z ramieniem C, pkt. 5.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu zestaw RTG z lampą RTG o pojemności cieplnej kołpaka 680 kHU, a o wysokiej pojemności cieplnej anody 100 kHU?

Odpowiedź nr 3: Nie

Pytanie nr 4:

Dot.: Aparat RTG z ramieniem C, pkt. 11.

Czy Zamawiający poprzez obróbkę cyfrową obrazu ma na myśli przetwarzanie archiwizacji obrazu?

Odpowiedź nr 4: Tak

Pytanie nr 5:

Dot.: Aparat RTG z ramieniem C, pkt. 23.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu zestaw RTG o całkowitym zakresie obrotu ramienia wokół osi poziomej +300°/-120°? Daje to w praktyce możliwość obrotu 420°, a więc dużo większą od wymaganego minimum.

Odpowiedź nr 5: Zgodnie ze siwz.


Pytanie nr 6:

Dot.: Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej –szt.2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu wózek do transportu chorych z hydrauliczną regulacją funkcji przechyłów wzdłużnych oraz wysokości leża?

Odpowiedź nr 6: Tak

1-2



Pytanie nr 7:

Dot.: Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej –szt.2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu wózek do transportu chorych z hydrauliczną lub manualną regulacją dostępnych funkcji bez regulacji elektrycznej i wbudowanych baterii?

Odpowiedź nr 7: Tak

Pytanie nr 8:

Dot.: Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej –szt.2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu wózek do transportu chorych o zakresie regulacji leża 61,6 cm – 95,9 cm, pozycjami Trendelenburga i anty-Trendelenburga $\pm 18^\circ$ oraz bez możliwości regulacji segmentu podudzia (kolan)?

Odpowiedź nr 8: Nie

Pytanie nr 9:

Dot.: Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej –szt.2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu wózek do transportu chorych bez panelu kontrolnego z możliwością odłączenia pilota przewodowego?

Odpowiedź nr 9: Tak

Pytanie nr 10:

Dot.: Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej –szt.2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu wózek do transportu chorych umożliwiającą swobodne monitorowanie ramieniem C w obrębie segmentu oparcia oraz wyposażony w platformę do pozycjonowania kaset rtg pod cały leżem oraz dodatkowy boczny uchwyt kasety rtg, możliwy do montażu z obu stron łóżka i umożliwiającą pozycjonowanie kasety z boku wózka wzdłuż całej długości leża?

Odpowiedź nr 10: Tak

Zamawiający przypomina, iż przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, termin składania ofert, tj. dnia 18.08.2010 r. do godz. 09.00 nie ulega zmianie.

STAROSTA

Maciej Stefański

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, dnia 06.08.2010r.

- zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu: <http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/> zakładka/ Zamówienia publiczne /Ogłoszenia o przetargach/ „Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania <Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy.>”;

- przekazano faksem a następnie pocztą (listem zwykłym) wykonawcy, który zadał zapytania.

Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wzywa do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania korespondencji na załączonym druku.(dot. wykonawców, którzy otrzymali wyjaśnienie siwz faksem)