



Brzeg, 06.08.2010r..

### Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pn. <Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy>”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759) wyjaśniam, co następuje:

**Pytanie nr 1:** dot. zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne pozycje zadania?

**Odpowiedź nr 1:** Nie

**Pytanie nr 2:**

Dot.: ssak elektryczny, przejezdny, dwubutlowy.

Czy Zamawiający dopuści ssak przejezdny dwubutlowy wyposażony w 2 kółka z autoblokadą usytuowane w tylnej części podstawy?

**Odpowiedź nr 2:** Nie

**Pytanie nr 3:**

Dot.: ssak elektryczny, przejezdny, dwubutlowy.

Czy Zamawiający dopuści ssak o mocy ssania max 25 l/min?

**Odpowiedź nr 3:** Nie

**Pytanie nr 4:**

Dot.: ssak elektryczny, przejezdny, dwubutlowy.

Czy Zamawiający dopuści ssak o płynnej regulacji podciśnienia 0-82 kPa?

**Odpowiedź nr 4:** Nie

**Pytanie nr 5:**

Dot.: ssak elektryczny, przejezdny, dwubutlowy.

Czy Zamawiający dopuści ssak o pojemności zbiorników 1-2 l?

**Odpowiedź nr 5:** Nie

**Pytanie nr 6:**

Dot.: ssak elektryczny, przejezdny, dwubutlowy.

Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w butle nietłukące sterylizowane w 121° bez przyłączy oraz kompatybilne z nimi wkłady jednorazowe posiadające w pokrywie 2 króćce (pacjent, próżnia) oraz filtr hydrofobowy i antybakteryjny (pełniący funkcje zastawki)?

**Odpowiedź nr 6:** Nie



**Pytanie nr 7:**

Dot.: ssak elektryczny, przejezdny, dwubutłowy.

Czy Zamawiający wymaga aby ssak posiadał zabezpieczenie w postaci filtrów hydrofobowych nakręcanych bezpośrednio na źródło ssania, co zabezpieczy ssak przed zalaniem i skażeniem wydzieliną?

**Odpowiedź nr 7:** Nie

**Pytanie nr 8:**

Dot.: eżektor tlenu

Czy Zamawiający dopuści urządzenie montowane na szynie modura?

**Odpowiedź nr 8:** Tak

**Pytanie nr 9:**

Dot.: eżektor tlenu

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem regulacji 0-760 mmHg?

**Odpowiedź nr 9:** Tak

**Pytanie nr 10:**

Dot. ssak próżniowy, montowany na szynie

Czy Zamawiający dopuści regulator wyposażony w szybkie i proste włączanie i regulowanie siły ssania poprzez poręczne, antypoślizgowe pokrętło umiejscowione na szczycie regulatora?

**Odpowiedź nr 10:** Tak

**Pytanie nr 11:**

Dot. ssak próżniowy, montowany na szynie

Czy Zamawiający dopuści regulator wyposażony w butlę nietłukącą sterylizowaną w 121° bez przyłączy oraz kompatybilny z nią wkład jednorazowy posiadający w pokrywie 2 króćce (pacjent, próżnia) oraz filtr hydrofobowy i antybakteryjny (pełniący funkcje zastawki)

**Odpowiedź nr 11:** Nie

**Pytanie nr 12:**

Dot.: płuczka – dezynfektor

Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie będące wyrobem medycznym, posiadające atesty (CE) dopuszczające do obrotu na rynku?

**Odpowiedź nr 12:**

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów CE itp.) dopuszczających do obrotu i stosowania na terenie Polski. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych.


*W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ*

**Pytanie nr 13:**

Dot.: płuczka – dezynfektor

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczem diodowym, segmentowym?

**Odpowiedź nr 13:** Tak



**Pytanie nr 14:**

Dot.: płuczka – dezynfektor

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z pokrywą otwieraną od góry za pomocą przycisku pozwalającego na nożne otwieranie (zamykanie ręczne)?

**Odpowiedź nr 14:** Nie

**Pytanie nr 15:**

Dot.: płuczka – dezynfektor

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach (szer., gł., wys.) 600/600/900 mm?

**Odpowiedź nr 15:** Nie

**Pytanie nr 16:**

Dot.: płuczka – dezynfektor

Czy Zamawiający dopuści myjnię z opcją 1 kompleksowego programu dostosowanego optymalnie do potrzeb Zamawiającego, a sprawiający że urządzenie jest bardzo proste w obsłudze?

**Odpowiedź nr 16:** Nie

**Pytanie nr 17:**

Dot.: płuczka – dezynfektor

Czy Zamawiający wymaga, aby komora podczas jednego cyklu pracy mieściła 6 naczyń (3 baseny i 3 kaczki lub ich kombinacja) takie rozwiązanie sprawia, że myjnia jest tańsza w eksploatacji?

**Odpowiedź nr 17:** Nie

**Pytanie nr 18:**

Dot.: płuczka – dezynfektor

Czy Zamawiający wymaga by myjnia posiadała, obok dezynfekcji termicznej, chemiczną co gwarantuje skuteczną dezynfekcję?

**Odpowiedź nr 18:** Nie

*Zamawiający przypomina, iż przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.*

*Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, termin składania ofert, tj. dnia 18.08.2010 r. do godz. 09.00 nie ulega zmianie.*

STAROSTA

Maciej Stefański

*Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, dnia 06.08.2010r.*

*- zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu: <http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/> zakładka/ Zamówienia publiczne /Ogłoszenia o przetargach/ „Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania <Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy.”;*

*- przekazano faksem a następnie pocztą (listem zwykłym) wykonawcy, który zadał zapytania.*

*Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wzywa do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania korespondencji na załączonym druku (dot. wykonawców, którzy otrzymali wyjaśnienie siwz faksem)*