



Brzeg, 06.08.2010 r.

### Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pn. <Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy>”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759) wyjaśniam, co następuje:

#### Pytanie nr 1:

Dot.: kardiomonitor: EKG, TEM, SPO2, CO2, NIBP, IBP, rzut serca, ciśnienie wewnątrzczaszkowe, szt. 1. lp.14

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością wyświetlania 2 różnych odprowadzeń EKG jednocześnie na całej szerokości ekranu wraz z innymi krzywymi oraz z możliwością wyświetlania 7 odprowadzeń EKG jednocześnie w dzielonych kanałach wraz z innymi krzywymi?

**Odpowiedź nr 1:** Nie

#### Pytanie nr 2:

Dot.: kardiomonitor: EKG, TEM, SPO2, CO2, NIBP, IBP, rzut serca, ciśnienie wewnątrzczaszkowe, szt. 1. lp.32

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiarowym inwazyjnego ciśnienia od -50 do +300 mmHg?

**Odpowiedź nr 2:** Nie

#### Pytanie nr 3:

Dot.: kardiomonitor: EKG, TEM, SPO2, CO2, NIBP, IBP, rzut serca, ciśnienie wewnątrzczaszkowe, szt. 1., lp.35

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiarowym EtCO2 od 0 do 99 mmHg?

**Odpowiedź nr 3:** Nie

#### Pytanie nr 4:

Dot.: kardiomonitor: EKG, TEM, SPO2, CO2, NIBP, szt. 3, lp.14

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością wyświetlania 2 różnych odprowadzeń EKG jednocześnie na całej szerokości ekranu wraz z innymi krzywymi oraz z możliwością wyświetlania 7 odprowadzeń EKG jednocześnie w dzielonych kanałach wraz z innymi krzywymi?

**Odpowiedź nr 4:** Nie

#### Pytanie nr 5:

Dot.: kardiomonitor: EKG, TEM, SPO2, CO2, NIBP, szt. 3, lp.31

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiarowym EtCO2 od 0 do 99 mmHg?

**Odpowiedź nr 5:** Nie

1-3



**Pytanie nr 6:**

Dot.: kardiomonitor IBP, NIBP, SPO2, CO2, TEMP, monitor głębokości znieczulenia, monitor zwiótczenia mięśniowego, szt. 1., lp.14

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością wyświetlania 2 różnych odprowadzeń EKG jednocześnie na całej szerokości ekranu wraz z innymi krzywymi oraz z możliwością wyświetlania 7 odprowadzeń EKG jednocześnie w dzielonych kanałach wraz z innymi krzywymi?

**Odpowiedź nr 6:** Nie

**Pytanie nr 7:**

Dot.: kardiomonitor IBP, NIBP, SPO2, CO2, TEMP, monitor głębokości znieczulenia, monitor zwiótczenia mięśniowego, szt. 1., lp.32

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiarowym inwazyjnego ciśnienia od -50 do +300 mmHg?

**Odpowiedź nr 7:** Nie

**Pytanie nr 8:**

Dot.: kardiomonitor IBP, NIBP, SPO2, CO2, TEMP, monitor głębokości znieczulenia, monitor zwiótczenia mięśniowego, szt. 1, lp.34

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiarowym EtCO2 od 0 do 99 mmHg?

**Odpowiedź nr 8:** Nie

**Pytanie nr 9:**

Dot.: kardiomonitor IBP, NIBP, SPO2, CO2, TEMP, monitor głębokości znieczulenia, monitor zwiótczenia mięśniowego, szt. 1., lp. 36

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z oddzielnym urządzeniem do pomiaru zwiótczenia mięśniowego?

**Odpowiedź nr 9:** Nie

**Pytanie nr 10:**

Dot.: kardiomonitor: EKG, TEM, SPO2, CO2, NIBP z wyposażeniem, szt. 2., lp. 14

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z możliwością wyświetlania 2 różnych odprowadzeń EKG jednocześnie na całej szerokości ekranu wraz z innymi krzywymi oraz z możliwością wyświetlania 7 odprowadzeń EKG jednocześnie w dzielonych kanałach wraz z innymi krzywymi?

**Odpowiedź nr 10:** Nie

**Pytanie nr 11:**

Dot.: kardiomonitor: EKG, TEM, SPO2, CO2, NIBP z wyposażeniem, szt. 2., lp. 32

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiarowym inwazyjnego ciśnienia od -50 do +300 mmHg?

**Odpowiedź nr 11:** Nie

**Pytanie nr 12:**

Dot.: kardiomonitor: EKG, TEM, SPO2, CO2, NIBP z wyposażeniem, szt. 2., lp. 35


Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiarowym EtCO2 od 0 do 99 mmHg?

**Odpowiedź nr 12:** Nie



## INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



### Pytanie nr 13:

Prosimy o wydzielenie z zadania II poz. nr 19, 20, 33, 54, 55 i 57 i utworzenie zadania II a.

### Odpowiedź nr 13:

Zamawiający nie wyraża zgody.

*Zamawiający przypomina, iż przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.*

*Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, termin składania ofert, tj. dnia 18.08.2010 r. do godz. 09.00 nie ulega zmianie.*

STAROSTA

Maciej Stefański

*Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, dnia 06.08.2010r.*

*- zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu: <http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/> zakładka/ Zamówienia publiczne /Ogłoszenia o przetargach/ „Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania <Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy.>”;*

*- przekazano faksem a następnie pocztą (listem zwykłym) wykonawcy, który zadał zapytania.*

Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wzywa do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania korespondencji na załączonym druku.(dot. wykonawców, którzy otrzymali wyjaśnienie siwz faksem)