

Brzeg, 11.08.2010 r.

OR. 3450-8/10

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „**Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania pn. <Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy>**”

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie nr 1:


Dot.: część I

Załącznik nr 3a do SIWZ, Aparat jezdny RTG z ramieniem C – szt. 1. parametry ogólne, pkt. 4.

Zamawiający udzielając odpowiedzi w dniu 06.08.2010 r. na pytania potencjalnych Oferentów wprowadził niejasności związane z wymogami dotyczącymi lampy rtg, skutkujące brakiem możliwości złożenia ważnej oferty przez Oferentów. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 2 (pyt. 5, str. 1 – plik 12.pdf) doprecyzował, że pod pojęciem „wymiary ogniska” wymaga anody jednoogniskowej oraz jednocześnie w odpowiedzi na pytanie 1 (pyt. 10, str. 2 – plik 17.pdf) nie dopuścił możliwości zaoferowania lampy rtg o jednym ognisku 0,6 mm. Pragniemy zauważyć, że zgodnie z pierwotnymi wymogami w SIWZ, Zamawiający wymagał maksymalnego ogniska anody dla trybu fluoroskopii max. 0,6 mm i maksymalnego ogniska anody dla trybu radiografii max. 1,3 mm, a więc w przypadku zaoferowania aparatu z jednym ogniskiem lampy rtg nie jest obecnie dopuszczone rozwiązanie, w którym wielkość ogniska wynosi 0,6 mm. Pragniemy zauważyć, że w aktualnie dostępnych aparatach rtg z ramieniem C nie występuje wartość ogniska o wielkości poniżej 0,6 mm w lampach jednoogniskowych, czego wymaga Zamawiający po udzieleniu odpowiedzi z dnia 06.08.2010 r. Zatem czy Zamawiający uściśli wymóg w punkcie 4 na „Jedno ognisko dla fluoroskopii i radiografii max. 0,6 mm”?

Odpowiedź nr 1:

Podany przez Wykonawcę wymiar ogniska max. 0,6 mm zawiera się w zapisie SIWZ, tj. ognisko dla fluoroskopii max. 0,6 mm i ognisko dla radiografii max. 1,3 mm.



Zamawiający przypomina, iż przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, termin składania ofert, tj. dnia **18.08.2010 r. do godz. 09.00** nie ulega zmianie.

STAROSTA

Maciej Stefański

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, **dnia 11.08.2010r.**

- zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu: <http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/> zakładka/ Zamówienia publiczne /Ogłoszenia o przetargach/ „Dostawa sprzętu medycznego w ramach zadania <Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy.”;

- przekazano faksem a następnie pocztą (listem zwykłym) wykonawcy, który zadał zapytania.

Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wzywa do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania korespondencji na załączonym druku.(dot. wykonawców, którzy otrzymali wyjaśnienie siwz faksem)