

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

„Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r, poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający informuje, że dnia 29 listopada 2016 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela w przedmiotowym postępowaniu następujących odpowiedzi:

Dotyczy Pakiet nr 7 – Dostawa wózka do transportu chorych

1. Czy Zamawiający opisując wózek z kolumnami z osłoną o gładkiej powierzchni będzie wymagał, aby wózek posiadał kolumny gładkie, cylindryczne, aluminiowe z idealnie dopasowanymi do siebie pierścieniami, które to rozwiązanie zabezpiecza przed wnikaniem płynów do wnętrza kolumny?
NIE
2. Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu chorych posiadający leże 2 segmentowe?
NIE
3. Czy Zamawiający dopuści wózek z obciążeniem na poziomie 230kg w każdej pozycji blatu?
NIE
4. Czy Zamawiający dopuści wózek o długości 2050mm?
TAK
5. Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości 755mm niezależnie od pozycji barierki bocznych?
TAK
6. Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem o wymiarach 1920mm x 650mm?
TAK
7. Czy Zamawiający dopuści wózek z uchwytami do prowadzenia, zawsze dostępnymi bez możliwości ich składania?
TAK
8. Czy Zamawiający dopuści wózek z barierkami bocznymi, lakierowanymi proszkowo, składanymi w sposób zapewniający brak przerw transferowych?
TAK
9. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości hydrauliczną w zakresie 585 – 905mm?
TAK
10. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją segmentu pleców za pomocą sprężyn gazowych w zakresie 0 – 70°?
TAK

11. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie +/- 12°?
NIE
12. Czy Zamawiający dopuści wózek bez odbojników nad kołami?
NIE
13. Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem piankowym o grubości 60mm mocowany za pomocą stabilizatorów wsuwanych w specjalne otwory w leżu wózka?
TAK

Zamawiający przypomina, że przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

z up. STAROSTY

Genowefa Kurok
Sekretarz

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania:
- zamieszczono dnia 1 grudnia 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu;
- przekazano Wykonawcy, który zadał zapytania.