

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

„Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r, poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający informuje, że dnia 29 listopada 2016 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela w przedmiotowym postępowaniu następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr 2 dostawa aparatu EKG

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości wydruku na drukarce zewnętrznej? Wyniki badań mogą zostać przeniesione na PC za pomocą wymaganego przez Zamawiającego oprogramowania, wtedy jest możliwość wydruku na dowolnej drukarce z formacie A4.

NIE

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 2 dostawa aparatu EKG

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości wysyłania zapisów badania na dowolną skrzynkę e-mail lub inne urządzenia bezpośrednio z aparatu EKG?

NIE

Pytanie nr 3

Dotyczy pakietu nr 3 dostawa kardiomonitorów

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o przekątnej 12,1 cali i rozdzielczości 800 x 600 pikseli?

NIE


Pytanie nr 4

Dotyczy pakietu nr 3 dostawa kardiomonitorów

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości przenoszenia danych na PC? Dane skopiowane na Pendrive mogą być przeniesione na inny kardiomonitor.

TAK

Zamawiający przypomina, że przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

z up. STAROSTY

Genowefa Kozłok
Sekretarz

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania:
- zamieszczono dnia 1 grudnia 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu;
- przekazano Wykonawcy, który zadał zapytania.