

OR.272.1.7.2016

Brzeg, dnia 1 grudnia 2016 r.

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

„Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r, poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający informuje, że dnia 29 listopada 2016 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela w przedmiotowym postępowaniu następujących odpowiedzi:

Pytania:

Dotyczy Pakiet nr 7 – Dostawa wózka do transportu chorych


1. Ad. 1 - Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości leża 66 cm?
2. Ad. 11 - Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości leża 66 cm?
3. Ad. 34 - Czy Zamawiający dopuści materac piankowy 2 warstwowy, w pokrowcu winylowym, nieprzemakalnym, paroprzepuszczalny, o grubości 10 cm, niepalny. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie?

Odpowiedzi:

Dotyczy Pakiet nr 7 – Dostawa wózka do transportu chorych

1. Ad. 1 - Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości leża 66 cm?
TAK
2. Ad. 11 - Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości leża 66 cm?
TAK
3. Ad. 34 - Czy Zamawiający dopuści materac piankowy 2 warstwowy, w pokrowcu winylowym, nieprzemakalnym, paroprzepuszczalny, o grubości 10 cm, niepalny. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie?
TAK

Zamawiający przypomina, że przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

z up. STAROSTY

Genowefa Prorok
Sekretarz