

Brzeg, dnia 28 listopada 2017 r.

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.
„Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r, poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający informuje, że dnia 24 listopada 2017 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela w przedmiotowym postępowaniu następujących odpowiedzi:

Pytania:

DOTYCZY: KOMPLESOWY SYSTEM INTEGRACJI W SALI OPERACYJNEJ SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA USTAWY Z DNIA 20 MAJA 2010 r. O WYROBACH MEDYCZNYCH – pkt. „Sterowanie lampą operacyjną”:

W celu ustanowienia poprawnej komunikacji i umożliwienia realizacji funkcji sterowania lampą operacyjną i stołem operacyjnym z poziomu systemu integracji wymagane są następujące dokumenty i informacje:

- dostarczenie przez producenta lampy operacyjnej instrukcji serwisowej, instrukcji montażu oraz instrukcji konfiguracji integrowanego urządzenia.
- dostarczenie przez producenta lampy operacyjnej dokumentacji opisującej sposób komunikacji z systemem zewnętrznym. W szczególności dokument ten powinien zawierać szczegółowe informacje na temat interfejsu fizycznego komunikacji oraz protokołu za pomocą którego taka komunikacja jest możliwa. W przypadku gdy protokół komunikacji jest autorskim protokołem danego producenta wymagany jest szczegółowy opis komend sterujących.
- Wymagane jest (jeśli nie jest to jasno opisane w instrukcji obsługi/serwisowej lampy operacyjnej) przedstawienie metodologii sprawdzenia poprawności podłączenia/implementacji danego urządzenia, modułu.
- Wymagane jest zapewnienie pomocy technicznej ze strony dostawcy/producenta integrowanego urządzenia.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dostarczy wykonawcy systemu integracji powyżej wymienione dokumenty i informacje, bez których - pomimo gotowości firmy - wykonanie zadania w zakresie integracji lamp operacyjnych nie będzie możliwe ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zakres niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie obejmuje technologii - sprzętu medycznego oraz wyposażenia meblowego.

W punkcie III.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wskazał, że „Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach zadania Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu. Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym.”

Wyposażenie bloku operacyjnego, którego budowa jest przedmiotem niniejszego postępowania, będzie stanowiło przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający przypomina, że przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

STAROSTA

Małgorzata Stefańska

Treść wyjaśnień:

- zamieszczono dnia ²⁹.....listopada 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu;

Sporządziła: Anna Woroszczuk 

Sprawdziła: Irena Kokocińska 