



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

POWIAT BRZESKI
ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
ORI: 272.2.14.2018
REGON: 531412444



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Brzeg, dnia 18. maja 2018 r.

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Zamawiający informuje, że w dniu 17 maja 2018 r. otrzymał zapytanie dot. treści zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. „Utworzenie pracowni analizy żywności dla zawodu technik technologii żywności w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu w ramach projektu »Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe« – dostawa wyposażenia – drugie postępowanie”, o treści zamieszczonej poniżej.

Pytanie nr 1:

5) urządzenia pomiarowe:

Łaźnia – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łaźni bez mieszadła magnetycznego? Wg wiedzy oferenta nie ma w ofercie producentów łaźni wodnej DWU miejscowej z mieszadłem o podanych wymiarach w SIWZ. Jeżeli mimo wszystko oczekują Państwo zaoferowania łaźni wodnej z mieszadłem to czy można zaoferować łaźnię o poniższych parametrach:

- Łaźnia wodna jednomiejscowa z mieszadłem oraz czujnikiem temperatury
- Prędkość mieszadła 0-1200 rpm
- Zakres pracy do 400°C
- Średnica komory 220 mm
- Pobór mocy 60W
- Moc grzałki 800w
- Wymiary 290mm*260mm*250mm

Wirówka - czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki z maksymalną prędkością 7000rpm, przyspieszeniem 2680xg, maksymalną prędkością wirowania 12 ml oraz maksymalnej wadze 0,5 kg?

Mieszadło elektromagnetyczne – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mieszadła:

- Obroty min. (1/min) 100
- Obroty max. (1/min) 1500
- Regulacja obrotów płynna
- Moc pobierana (VA) 8
- Zasilanie (V)/(Hz) 230/50
- Podgrzewanie nie
- Długość (mm) 260
- Szerokość (mm) 150
- Wysokość (mm) 80
- Masa (kg) 1,8

Termostat – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie termostatu o parametrach:

- Pojemność brutto: 200 l
- Pojemność netto: 210 l



- Ilość półek: 3-4
- Wymiary zewnętrzne (szer./gł./mm): 720*720*810
- Wyświetlacz LCD oraz mikroprocesorowy sterownik temperatury z rozdzielczością nastawiania oraz wyświetlania temperatury 0,1°C
- Wbudowany „timer” z funkcjami sygnalizacji
- Zakres temperatur od +5 do +60

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuści urządzenia o wskazanych powyżej parametrach.

Pytanie nr 2:

W związku z zróżnicowanym asortymentem, który trzeba zaimportować spoza granic kraju lub wyprodukować pod konkretne zamówienie proszę o przedłużenie terminu dostawy do minimum 4 tygodni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź nr 2:


Zamawiający informuje, że termin realizacji przedmiotu umowy zostaje wydłużony do 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Zamawiający przypomina, że przekazane Wykonawcom odpowiedzi na pytania stanowią integralną część zaproszenia do złożenia propozycji cenowej i wiążą Wykonawców.


STAROSTA
Maciej Stefański

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania:

- zamieszczono w dniu **18**..maja 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu,
- przekazano Wykonawcom zaproszonym do złożenia propozycji cenowej.

Sporządziła w uzgodnieniu z asystentem kierownika projektu: Anna Woroszczuk 

Wstępnie zaakceptowała: Irena Kokocińska 