



Załącznik nr 5 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Utworzenie pracowni analizy żywności dla zawodu technik technologii żywności w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu w ramach projektu „Powiat Brzeski wspiera kształcenie zawodowe” – dostawa dygestorium

Lp.	Nazwa	Specyfikacja	Szt.
1.	Dygestorium	<p>Dygestorium złożone z dwóch części:</p> <ul style="list-style-type: none">• górnej: komory manipulacyjnej oszklonej szybami hartowanymi, wyłożonej płytą HPL do wysokości sufitu. Komora wyposażona w zlew polipropylenowy, baterię, dolny szyber instalacji wyciągowej, zawór gazowy.• dolnej: szafki dwudrzwiowej z zamontowanym syfonem, regulatorem instalacji wyciągowej. <p>W górnej komorze zamocowana jest przesuwana okiennica podnoszona. Pozwala to na ustawienie okiennicy (górze-dół) w dowolnym położeniu.</p> <p>Wentylator z płytą montażową jako wyodrębniona część wyciągu do montażu na otworze kominowym. Wentylator o mocy 350 m³/h. Instalacja wyciągowa wykonana z polistyrenu. Całość na nośniku laminatu.</p> <p>Instalacja gazowa na gaz ziemny.</p> <ul style="list-style-type: none">• wym. szafki dolnej i komory manipulacyjnej górnej (szer./gł./wys.): 122 x 60 x 201 cm• wym. szafki dolnej i komory manipulacyjnej górnej (z wentylacją): 122 x 75 x 235 cm	1